

**2º Relatório de Análise de Amostras
Pregão Eletrônico nº 02/2025 – Processo nº 48/2025**

O presente relatório tem por finalidade apresentar a análise técnica, pela Comissão nomeada através da Portaria nº 11/2025, das amostras de materiais de ostomia, incontinência, curativos e correlatos, encaminhadas para avaliação, no âmbito do Processo nº 48/2025, Pregão Eletrônico nº 02/2025.

A verificação foi conduzida conforme as especificações constantes no Termo de Referência e demais documentos do certame, observando-se os requisitos de qualidade, segurança, compatibilidade e conformidade com as normas.

O objetivo principal desta análise é atestar a adequação dos produtos apresentados às exigências editalícias, garantindo que os itens selecionados possam atender, de forma segura e eficaz, às necessidades assistenciais dos usuários.

Item	Descrição / Especificação	Amostra	Situação
1	Cateter uretral hidrofílico, pronto para o uso, feminino, calibre CH 08. Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material. Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. Contendo sachê de água estéril visível na embalagem com marcador digital para rompimento do sachê sem necessidade de enrolar para sua abertura garantindo que o líquido não extravase para o meio externo, e manga de proteção adicional ao cateter para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo, a embalagem não deve ser usada com a finalidade de manga de proteção, reduzindo risco de contaminação e facilitando a inserção. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único.	Marca: CONVATEC Modelo: GENTLECATH	APROVADO
2	Cateter uretral hidrofílico, pronto para o uso, feminino, calibre CH 10. Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material. Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. Contendo sachê de água estéril visível na embalagem com marcador digital para rompimento do sachê sem necessidade de enrolar para sua abertura garantindo que o líquido não extravase para o meio externo, e manga de proteção adicional ao cateter para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo, a embalagem não deve ser	Marca: CONVATEC Modelo: GENTLECATH	APROVADO

	usada com a finalidade de manga de proteção, reduzindo risco de contaminação e facilitando a inserção. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único.		
3	Cateter uretral hidrofílico, pronto para o uso, feminino, calibre CH 12. Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material. Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. Contendo sachê de água estéril visível na embalagem com marcador digital para rompimento do sachê sem necessidade de enrolar para sua abertura garantindo que o líquido não extravase para o meio externo, e manga de proteção adicional ao cateter para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo, a embalagem não deve ser usada com a finalidade de manga de proteção, reduzindo risco de contaminação e facilitando a inserção. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único.	Marca: CONVATEC Modelo: GENTLECATH	APROVADO
4	Cateter uretral hidrofílico, pronto para o uso, feminino, calibre CH 14. Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material. Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. Contendo sachê de água estéril visível na embalagem com marcador digital para rompimento do sachê sem necessidade de enrolar para sua abertura garantindo que o líquido não extravase para o meio externo, e manga de proteção adicional ao cateter para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo, a embalagem não deve ser usada com a finalidade de manga de proteção, reduzindo risco de contaminação e facilitando a inserção. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único.	Marca: CONVATEC Modelo: GENTLECATH	APROVADO
7	Cateter uretral hidrofílico, pronto para o uso, masculino, calibre CH 14. Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material. Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. Contendo sachê de água estéril visível na embalagem com marcador digital para rompimento do sachê sem necessidade de enrolar para sua abertura garantindo que o líquido não extravase para o meio externo, e manga de proteção adicional ao	Marca: CONVATEC Modelo: GENTLECATH	APROVADO

	cateter para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo, a embalagem não deve ser usada com a finalidade de manga de proteção, reduzindo risco de contaminação e facilitando a inserção. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único.		
8	Cateter uretral hidrofilico, pronto para o uso, masculino, calibre CH 16. Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material. Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. Contendo sachê de água estéril visível na embalagem com marcador digital para rompimento do sachê sem necessidade de enrolar para sua abertura garantindo que o líquido não extravase para o meio externo, e manga de proteção adicional ao cateter para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo, a embalagem não deve ser usada com a finalidade de manga de proteção, reduzindo risco de contaminação e facilitando a inserção. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único.	Marca: CONVATEC Modelo: GENTLECATH	APROVADO
9	BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA, Barreira protetora de pele em pasta, maleável para selar e nivelar as irregularidades da pele peristomal, composta por gelatina, pectina, Carboximetilcelulose sódica e álcool. TUBO DE NO MINIMO 56 GRAMAS.	Marca: CONVATEC Modelo: REF 183910 STOMAHESIVE	APROVADO
26	Líquido composto por base de silicone com dixiloxane, zanthalene ¹ e sílica trimetilada, de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido ¹ , calmante da pele ¹ , ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produto sem impactos ambientais, c, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-onvalue (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril.	Marca: CONVATEC Modelo: REF 423288 ESENTA	APROVADO
28	Sachê hidrossolúvel de polímeros absorvente formador de gel para fezes líquidas e controle de odor, com carvão ativado que reduz e elimina o excesso de gás e odor, composto por papel solúvel. Pote com 100 unidades.	Marca: ULTRA SOLID Modelo: CAPSULA- BAG C/ CARVÃO	APROVADO
50	COBERTURA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, MACIA, DE	Marca:	REPROVADO

	COR LEVEMENTE ACINZENTADA, DE MATERIAL NÃO-TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA POR 100% DE FIBRAS DE CMC, CONCENTRAÇÃO DE 1,2% A 1,5% DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFÍCIE DA FERIDA, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO ÚMIDO QUE AUXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO) E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO, COMBATENDO O BIOFILME. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME. TAMANHO 15 X 15 CM.	MOLNLYCKE Modelo: EXUFIBER AG+	1. Não atende ao descritivo do Edital. Não apresenta na descrição a porcentagem de prata iônica, não possui EDTA, não possui 100% de fibras CMC e outras características solicitadas.
51	CURATIVO BOTA DE UNNA - CURATIVO BOTA DE UNNA, COMPOSTO POR BANDAGEM ELÁSTICA LATERAL, IMPREGNADA COM PASTA COMPOSTA POR GLICERINA, ÓXIDO DE ZINCO, ÓLEO DE RÍCINO, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA, TRAMA COM ALGODÃO E POLIÉSTER, COM COSTURA DE REFORÇO NAS LATERAIS, PROMOVENDO O ACABAMENTO DA TRAMA. QUE TENHA OS EMOLIENTES DISTRIBUÍDOS EM TODA SUA EXTENSÃO, COM UMIDADE HOMOGÊNEA. INDICADO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE ÚLCERA VENOSA E EDEMA LINFÁTICO DOS MEMBROS INFERIORES, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 7 DIAS. TAMANHO APROXIMADO EM 10,20 CM DE LARGURA X 9,14 M DE COMPRIMENTO. DEVERÁ CONSTAR NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Marca: UNNA REAL Modelo: CASEX	REPROVADO 1. Não atende ao descritivo do Edital. Não possui costura de reforço, não possui petrolato branco e não é elástica conforme solicitado no Edital.
60	CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS 100% CARBOXIMETILCELULOSE, CONSTITUÍDO DE CINCO CAMADAS, SENDO: UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS E UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE, DENTRO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. MANTÉM O	Marca: VITAMEDICAL Modelo: SILICARE	REPROVADO 1. Não atende ao descritivo do Edital. Não possui Fibras 100% Carboximetilcelulose.

	MICROCLIMA IDEAL NA PELE E DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. TAMANHO 15X15 CM		
61	CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS 100% CARBOXIMETILCELULOSE, CONSTITUÍDO DE CINCO CAMADAS, SENDO: UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS E UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE, DENTRO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. MANTÉM O MICROCLIMA IDEAL NA PELE E DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. TAMANHO 19,8X14 CM	Marca: CONVATEC Modelo: AQUACEL PRO FOAM	APROVADO
64	CURATIVO SUPERABSORVENTE COMPOSTO POR CENTRO DE POLIACRILATO DE SÓDIO E CELULOSE NÃO TECIDOS, NÃO ADESIVO, ESTÉRIL. O CURATIVO DEVE SER ADAPTAVEL, SUAVE E TER ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO, REDUZINDO O EXCESSO DE MMPS. TAMANHO: 20X20 CM	Marca: CONVATEC Modelo: CONVAMAX SUPERABSORBER	APROVADO
66	CURATIVOS DE ESPUMA NÃO ADESIVO, TAMANHO 10X10 CM, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 6 CAMADAS, CONTENDO FILME EXTERNO DE POLIURETANO REVESTIDO DE ADESIVO ACRÍLICO, CAMADA DE ESPUMA/ ALMOFADA DE POLIURETANO; CAMADA DE ADESIVO DE REVESTIMENTO DE DISPERSÃO COMPOSTA POR POLICAPROLACTONA, CAMADA DE FIBRAS SUPERABSORVENTES DE POLIACRILATO DE SÓDIO E POLIÉSTER, CAMADA DE POLICAPROLACTONA E CAMADA CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM INDICAÇÃO DE USO PARA: ÚLCERA DE PERNA, ÚLCERA POR PRESSÃO, ÚLCERA DE PÉ DIABÉTICO, FERIDAS CIRÚRGICAS E FERIDAS TRAUMÁTICAS. PODE SER UTILIZADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO. OS CURATIVOS DEVERÃO SER UTILIZADOS POR ATÉ 7 DIAS.	Marca: MOLNLYCKE Modelo: MEPILEX	REPROVADO 1. Não atende ao descritivo do Edital. Não possui no mínimo 6 camadas. Não possui camada de Policaprolactona, carboximetilcelulose e outros descritos.
67	CURATIVOS DE ESPUMA NÃO ADESIVO, TAMANHO	Marca:	REPROVADO

	15X15 CM, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 6 CAMADAS, CONTENDO FILME EXTERNO DE POLIURETANO REVESTIDO DE ADESIVO ACRÍLICO, CAMADA DE ESPUMA/ ALMOFADA DE POLIURETANO; CAMADA DE ADESIVO DE REVESTIMENTO DE DISPERSÃO COMPOSTA POR POLICAPROLACTONA, CAMADA DE FIBRAS SUPERABSORVENTES DE POLIACRILATO DE SÓDIO E POLIÉSTER, CAMADA DE POLICAPROLACTONA E CAMADA CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM INDICAÇÃO DE USO PARA: ÚLCERA DE PERNA, ÚLCERA POR PRESSÃO, ÚLCERA DE PÉ DIABÉTICO, FERIDAS CIRÚRGICAS E FERIDAS TRAUMÁTICAS. PODE SER UTILIZADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO. OS CURATIVOS DEVERÃO SER UTILIZADOS POR ATÉ 7 DIAS.	MOLNLYCKE Modelo: MEPILEX	1. Não atende ao descritivo do Edital. Não possui no mínimo 6 camadas. Não possui camada de Policaprolactona, carboximetilcelulose e outros descritos.
--	--	------------------------------	---

Diante do exposto, encaminhamos o Relatório ao Senhor Pregoeiro para prosseguimento do certame.

Penápolis, 14 de outubro de 2025

Rosangela Aparecida Ortiz Lopes
Diretora Técnica de Enfermagem do CIMPE

Fábio Ribeiro da Silva
Chefe Técnico do CAPS II/ AD

Patrícia Antiqueira dos Santos
Enfermeira